

Navodila za uporabo slovenščina



comprimed®
GRADIENT
100

6

6-stopenjski sistem za
gradientno intermitentno kompresijsko terapijo

passion for compression

www.comprimed.de



Vsebina

Proizvajalec	3
Splošna varnostna navodila	3
Osnovna varnostna opozorila	3
Varnostni ukrepi	4
Predvidena uporaba	5
Indikacije	5
Kontraindikacije	5
Stranski učinki	6
Poročanje o zapletih	6
Vzdrževanje	6
Čiščenje	6
Dezinfekcija	7
Garancija	7
ElektroG (Nemški zakon o električnih in elektronskih napravah)	8
Razlaga znakov	9/10
Tehnični podatki	11
Elektromagnetna združljivost (EMC)	11
Odpravljanje težav	13
Način delovanje naprave comprimed®100	14
Priporočila za terapijo	14
Tehnična navodila za začetek uporabe	15
Deli naprave comprimed®100	16
Priklučitev manšet	17
Namestitvev manšet	18
Priklučitev razširitve	19
Manšete in druga dodatna oprema	20
Opombe	21

Proizvajalec

Bösl Medizintechnik GmbH

Gut-Knapp-Straße 14, D-52080 Aachen, GERMANY

Telefon +49(0)2405 / 6 93 90 - 00

Faks +49(0)2405 / 6 93 90 - 10

E-pošta: info@boesl-med.de

Če imate kakršna koli vprašanja ali naletite na neskladja z napravo ali z manšetami, se obrnite na proizvajalca. Obiščite našo spletno stran www.boesl-med.de.

Najnovejšo različico teh navodil za uporabo boste našli v razdelku za prenose.

Splošna varnostna navodila

Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo in upoštevajte seznam indikacij in kontraindikacij. Če niste prepričani, se pred začetkom terapije posvetujte z zdravnikom ali specializiranim prodajalcem.

Sistem je skladen z veljavnimi varnostnimi predpisi, vključno z EN 60601-1:2006/A1:2013, VDE0750:2013-12.



Osnovna varnostna opozorila

Električne naprave so lahko nevarne, če jih uporabljate nepravilno.

Ohišje naprave lahko odpirajo le pooblaščen strokovnjaki. Popravila lahko izvajajo le pooblaščen specializirani prodajalci ali proizvajalec. Nepooblaščen osebe v nobenem primeru ne smejo odpirati izdelka. Zaradi varnostnih razlogov uporabnik naprave in manšete ne sme spreminjati ali predelovati. Neupoštevanje teh opozoril izniči veljavnost garancije. V primeru nepravilnega delovanja aparata se obrnite na službo za pomoč uporabnikom. To velja tudi za varovalke v električni vtičnici na zadnji strani naprave. Teh ne sme zamenjati pacient ali uporabnik sam, temveč le pooblaščen strokovno osebje. Naprava se ne sme uporabljati v prisotnosti vnetljivih plinov, kot so anestetiki. Manšete so biokompatibilne, vendar se smejo uporabljati le na zdravi koži. Pri kakršnih koli odprtih ranah se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Odprte rane morajo biti med uporabo popolnoma pokrite. Če se pojavijo kakršne koli težave, se takoj obrnite na zdravnika. Vsak izdelek s kablji, cevmi itd. predstavlja potencialen vir zadušitve. Cevi in kable, ki jih pacient lahko doseže, je treba vedno shranjevati in uporabljati tako, da so nedosegljive majhnim otrokom, in z ustrezno previdnostjo.

Manšete uporabljajte samo na okončinah, predvidenih za terapijo (roka, noga, kolk, zgornji del telesa). Manšete nikoli ne potegnite čez glavo.



Varnostni ukrepi

Zaradi lastne varnosti in zaščite naprave je treba upoštevati naslednje previdnostne ukrepe:

- Med uporabo napravo redno preverjajte in se prepričajte, da pravilno deluje in so manšete pravilno nameščene.
- Napravo shranjujte nedosegljivo domačim živalim in majhnim otrokom.
- Napravo shranjujte stran od tekočin in jo zaščitite pred vlago. Naprave in manšete ne izpostavljajte pretirani umazaniji, prahu, vlagi, odprtemu ognju, cigaretnim ogorkom itd. ali sevanju (npr. sončni svetlobi).
- Izdelek je sestavljen iz preciznih in elektronskih komponent. Izdelek in dodatno opremo zaščitite pred udarci, umazanijo in viri elektromagnetnih motenj. Pazite, da vam naprava ne pade.
- Pred čiščenjem ali pregledovanjem naprave izklopite omrežno stikalo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice, da napravo popolnoma izključite iz električnega omrežja.
- Za čiščenje naprave uporabljajte samo čistilna sredstva, ki so na voljo na trgu.
- Naprave nikoli ne čistite z vlažno krpo, temveč uporabite suho krpo.
- Pred shranjevanjem se prepričajte, da je naprava čista in suha.
- Za pregledovanje naprave nikoli ne uporabljajte ostrih predmetov.
- Uporabljajte samo kombinacije manšete in ustreznih razširitev, ki jih je določila družba BÖSL Medizintechnik (glejte tudi poglavje „Manšete in druga dodatna oprema“). Pravilno delovanje naprave lahko zagotovite le, če uporabljate pravilne kombinacije naprave in manšete.
- Te naprave ne uporabljajte tik ob drugih napravah in je ne položite na druge naprave, saj lahko zaradi tega pride do nepravilnega delovanja. Če je takšna uporaba potrebna, je treba to in druge naprave opazovati, da se zagotovi njihovo pravilno delovanje.
- Uporaba dodatne opreme, ki ni priložena, lahko povzroči povečanje elektromagnetnih emisij ali zmanjšanje elektromagnetne odpornosti naprave in povzroči nepravilno delovanje.

Predvidena uporaba

Krmilne enote podjetja BÖSL Medizintechnik GmbH so aktivni medicinski pripomočki, ki se uporabljajo skupaj z manšetami za intermitentno pnevmatsko kompresijo.

Krmilne enote so primerne za obravnavo venskih in limfnih zastojev v skladu z naslednjimi indikacijami ob upoštevanju terapevtskih parametrov in kontraindikacij, kot jih oceni zdravnik. Varnost delovanja krmilnih enot je zagotovljena le, če jih poučen uporabnik uporablja v skladu z namenom. Uporabniki so pacienti, zdravniki, negovalci, fizioterapevti in sorodniki, torej se krmilne enote lahko uporabljajo tako v zdravstvenih ustanovah kot v domačem okolju. Glede populacije pacientov ni omejitev. Pri otrocih in osebah, ki potrebujejo pomoč, se terapija lahko izvaja pod strokovnim vodstvom in nadzorom.

Indikacije

- profilaksa trombembolije
- posttrombotični sindrom
- ulcus cruris
- venski edem
- posttravmatski edem
- limfedem
- lipoedem
- mešane oblike edema
- periferne arterijske okluzivne bolezni (pod strogim nadzorom)
- senzorične motnje pri hemiplegiji

Kontraindikacije

- dekompenzirana srčna insuficienca
- obsežen tromboflebitis, tromboza ali sum na trombozo
- erizipel
- huda, nenadzorovana hipertenzija
- akutna poškodba mehkih tkiv na okončinah
- nevropatija
- okluzivni procesi v območju limfne drenaže
- utesnitveni sindrom
- akutna flegmona

Stranski učinki

Čeprav so bile manšete testirane v skladu z deli -1, -5 in -10 standarda DIN EN ISO 10993 in so biokompatibilne, lahko v redkih primerih pride do

- draženja kože
- alergijskih reakcij.

V takih primerih se obrnite na svojega zdravnika. Če ste v dvomih, uporabljajte manšete le na oblečeni koži.

Hrup pri delovanju sistema lahko zaznate kot rahlo moteč hrup.

Po uporabi se lahko na koži pojavijo sledi, ki pa bodo tudi brez nadaljnega ukrepanja izginile.

Poročanje o zapletih

Če v zvezi z izdelkom, opisanim v teh navodilih za uporabo, pride do resnih zapletov (smrti, resnega poslabšanja zdravstvenega stanja), mora uporabnik o tem obvestiti proizvajalca in pristojni organ.

V Nemčiji je pristojni organ:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn

Telefon: +49 (0)228 99 307-0

www.bfarm.de

Za informacije o pristojnem organu zunaj Nemčije se obrnite na organ v svoji državi.

Vzdrževanje

Naprava in manšete ne potrebujejo vzdrževanja. Pacient ali kateri koli drug izvajalec ne sme opravljati nobenih vzdrževalnih del.

Čiščenje

Vzdrževanje in čiščenje je treba opraviti s suho krpo (ne čistite s kemičnimi sredstvi). Uporabljate lahko komercialno dostopna čistilna sredstva.

Dezinfekcija

Manšete za terapijo je treba dezinficirati po uporabi ali pred uporabo pri naslednjem pacientu. V ta namen se uporablja dezinficiranje z brisanjem, ki ga priporoča nemški Robert Koch Institut (glejte „Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren“). Dodatne informacije in navodila najdete v našem informativnem listu „Navodila za čiščenje in dezinfekcijo“.

Garancija

Proizvajalec zagotavlja dveletno garancijo za napravo in dodatno opremo, pod pogojem, da so napake posledica napak v materialu in/ali proizvodnji. Proizvajalec je za učinke na varnost, zanesljivost in delovanje naprave odgovoren le v naslednjih primerih: če razširitve, nove nastavitve, spremembe ali popravila izvajajo osebe, ki jih je pooblastil proizvajalec, in če je električna napeljava prostora, v katerem se aparat uporablja, skladna s predpisi VDE ter se naprava uporablja v skladu z navodili za uporabo. Če se naprava pokvari, se takoj obrnite na dobavitelja. Pri pravilni uporabi je tipična povprečna življenjska doba naprav in dodatne opreme 10 let.



ElektroG (Nemški zakon o električnih in elektronskih napravah)

Pravilno odstranjevanje starih naprav (električni odpadki)

(V državah Evropske unije in drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi in pripadajoči dokumentaciji opozarja, da izdelka in dodatne opreme po koncu življenjske dobe ne smete zavreči med običajne gospodinjske odpadke. To napravo in dodatno opremo zavržite ločeno od drugih odpadkov, da ne bi z nenadzorovanim odlaganjem odpadkov škodovali okolju ali zdravju ljudi. Potencialno kontaminirane manšete z ustrezno opombo se po posvetovanju s proizvajalcem zavržejo med običajne gospodinjske odpadke. Prosimo, da pomagate pravilno odstraniti staro napravo in dodatno opremo ter tako spodbujate trajnostno recikliranje materialnih virov.

Zasebni uporabniki naj se obrnejo na prodajalca, pri katerem so izdelek kupili, ali na ustrezne organe, kjer bodo dobili informacije o tem, kje lahko staro napravo ali dodatno opremo oddajo v okolju prijazno odstranitev. Komercialni uporabniki se morajo obrniti na svojega dobavitelja in ravnati v skladu s pogoji nakupne pogodbe. Tega izdelka in elektronske dodatne opreme ne smete zavreči skupaj z drugimi komercialnimi odpadki.

Ta izdelek se zavrže kot elektronski odpadek in se ne sme zavreči med običajne gospodinjske odpadke. Izdelek odnesite v zbirni center javne službe za odstranjevanje odpadkov.

Razlaga znakov



Opomba

POZOR!

Ta simbol označuje nevarnosti, ki lahko povzročijo nevarnost za zdravje, poškodbe, trajne telesne poškodbe ali smrt. V teh primerih morate dosledno upoštevati navodila o varnosti pri delu in ravnati še posebej previdno.



Proizvajalec

2015

Leto izdelave



Upoštevajte navodila za uporabo. Za zagotovitev varnega delovanja naprave morate nujno prebrati in v celoti razumeti navodila za uporabo, saj lahko nepravilna uporaba predstavlja nesprejemljivo tveganje.

LOT

Številka lota

SN

Serijska številka

IP21

Zaščita pred trdnimi tujki s premerom $\geq 12,5$ mm in zaščita pred kapljajočo vodo



Odstranjevanje




Zaščititi pred vlago



Zaščitni razred II



Razvrstitev naprave
Tip BF



Temperatura okolja za prevoz in skladiščenje:

Pri prevozu in skladiščenju zunaj navedenega temperaturnega območja se lahko naprava poškoduje, zaradi česar je ogrožen pacient, uporabnik ali tretja oseba.

CE 0197


Oznaka CE z identifikacijsko številko priglasenega organa



Varovalka



Izmenični tok



Temperatura okolja za uporabo: Pri uporabi zunaj navedenega temperaturnega območja se lahko naprava poškoduje, zaradi česar je ogrožen pacient, uporabnik ali tretja oseba.


Razlaga znakov



Nastavitve tlaka/prikaz tlaka
od 20 do 100 mmHg



Časovnik od 10 do 60 min



Stikalo za vklop/izklop

Tehnični podatki

Model **comprimed**[®]**100** je namenjen za uporabo v domačem okolju, ki je neposredno priključeno na javno električno omrežje.

Za pravilno delovanje naprave in njeno priključitev v električno omrežje po potrebi uporabite adapter za vtičnico, ki ustreza specifikacijam naprave in je specifičen za posamezno državo (ni vključen v obseg dobave).

Brezstopenjska nastavitve tlaka
od 20 do 100 mmHg
(točnost pribl. 15 %)

Klasifikacija naprave:
uporabni del tipa BF –
manšete za terapijo



Interval/pavza
Fiksno nastavljeno na 15 sekund

Zaščitni razred:
zaščitni razred II



Nazivna napetost ~ 230 V
Nazivna frekvenca 50/60 Hz
Nazivni tok 0,2 A

Okoljski pogoji za prevoz in skladiščenje:

Okoljski pogoji za prevoz in skladiščenje
so od -25 °C do +55 °C pri 15 %–93 %
relativne zračne vlage

 2 x T 1,6 H 250 V

Okoljski pogoji za uporabo:

Okoljski pogoji za uporabo so od +5 °C do
+40 °C,
zračna vlaga: od 15 % do 93 % relativne
zračne vlage
zračni tlak: od 700 do 1060 hPa

Dimenzije:
š.: 23 cm, v.: 15 cm, g.: 21 cm
Teža: 3,2 kg

Elektromagnetna združljivost (EMC)

comprimed[®]**100** izpolnjuje zahteve EMC za medicinske pripomočke v skladu s standardom EN 60601-1-2. Izpolnjuje tudi zahteve glede motenj v omrežju za medicinske električne naprave v skladu s standardoma EN 61000-3-2 in EN 61000-3-3.

Če elektromagnetne motnje vplivajo na delovanje naprave **comprimed[®]100**, se lahko zmanjša uspešnost terapije.

Naprava comprimé®100 je namenjena za uporabo v elektromagnetnem okolju, ki je navedeno v nadaljevanju. Stranka ali uporabnik naprave comprimé®100 mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju.		
Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetne emisije		
Meritve emisij		Skladnost
Emisije radijskih valov v skladu s standardom CISPR 11		skupina 1
Emisije radijskih valov v skladu s standardom CISPR 11		razred B
Harmonične emisije v skladu z IEC 61000-3-2		razred A
Emisije nihanja napetosti/flikerja v skladu z IEC 61000-3-3		je skladen
Izdelek comprimé®100 je namenjen za uporabo v domačem okolju, ki je neposredno priključeno na javno napajalno omrežje.		
Preskusi odpornosti na motnje		Raven skladnosti
Elektrostatična razelektritve (ESD) v skladu z IEC 61000-4-2	+/- 6 kV kontaktna razelektritve +/- 15 kV razelektritve v zraku	+/- 6 kV kontaktna razelektritve +/- 15 kV razelektritve v zraku
Hitre električne prehodne motnje/izbruhi v skladu z IEC 61000-4-4	+/- 2 kV pri 100 kHz za kableske vode	+/- 2 kV pri 100 kHz za kableske vode
Napetostni udar/izbruhi v skladu z IEC 61000-4-5	+/- 0,5 kV, +/- 1 kV napetosti, zunanji vodnik–zunanji vodnik +/- 0,5 kV, +/- 1 kV, +/- 2 kV napetosti, faza–ozemljitev	+/- 0,5 kV, +/- 1 kV napetosti, zunanji vodnik–zunanji vodnik +/- 0,5 kV, +/- 1 kV, +/- 2 kV napetosti, faza–ozemljitev
Padci napetosti, kratkotrajne prekinitve in nihanja napajalne napetosti v skladu z IEC 61000-4-11	Padci napetosti: 0 % U _T , 1/2 periode pri 0 do 315 stopinjah 0 % U _T , 1 perioda in 70 % U _T , 25/30 period enofazne prekinitve napetosti: 0 % U _T , 250/300 period	Padci napetosti: 0 % U _T , 1/2 periode pri 0 do 315 stopinjah 0 % U _T , 1 perioda in 70 % U _T , 25/30 period enofazne prekinitve napetosti: 0 % U _T , 250/300 period
Magnetno polje pri napajalni frekvenci (50/60 Hz) v skladu z IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m
Preskusi odpornosti na motnje		Preskusna raven v skladu z IEC 60601
Prevodne RF motnje v skladu z IEC 61000-4-6	3 V pri 0,15 MHz do 80 MHz, 6 V v ISM in radioamaterskih pasovih med 0,15 MHz in 80 MHz, 80 % AM pri 1 kHz	6 V <i>elektrona vrednost</i> v celotnem frekvenčnem obdobju
Sevane RF motnje v skladu z IEC 61000-4-3	10 V/m; od 80 MHz do 2,7 GHz; 80 % (raven skladnosti tudi 10 V)	10 V/m; od 80 MHz do 2,7 GHz; 80 % (raven skladnosti tudi 10 V)
V frekvenčnem območju od 150 kHz do 80 MHz mora biti jakost polja manjša od 3 V/m		
Preizkušene RF frekvence ustrezajo naslednjim radijskim storitvam:		
Preskusna frekvenca	Frekvenčni pas (MHz)	Storitev
385	380 do 390	TETRA 400
450	430 do 470	GMRS 460, FRS 460
710	704 do 787	Pas LTE 13, 17
745		
780		
810		
870	800 do 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, pas LTE 5
930		
1720		
1845		
1970	1700 do leta 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; pas LTE 1, 3, 4, 25; UMTS
2450		
5240		
5500		
5785	5100 do 5800	WLAN 802.11 a/n

Stranka ali uporabnik naprave **comprimed[®]100** lahko pomaga preprečevati elektromagnetne motnje, da se čim bolj zmanjša škoda. Prenosnih visokofrekvenčnih komunikacijskih naprav, vključno z njihovo dodatno opremo, zato ne smete uporabljati na razdalji manj kot 30 cm od delov in kablov te naprave **comprimed[®]100**. V nasprotnem primeru lahko pride do zmanjšanja zmogljivosti.

Odpravljanje težav

Motnja

Ne deluje:

Ali je aparat priključen na napajanje?

-> Priključite omrežni kabel.

Ali je aparat vklopljen?

-> Vključite aparat.

Motnja

Manšete se ne napihnejo ali izpraznijo:

Ali so vse cevi priključene na aparat?


-> Priključite cevi.

Ali so neuporabljeni priključki zatesnjeni s slepim čepom?

-> Vstavite slepi čep.

Način delovanje naprave **comprimed®100**

Gradientni sistem naprave **comprimed®100** se uporablja za obravnavo težav z venskim in limfnim zastojem. Značilna funkcija naprave **comprimed®100** je intermitentno povečevanje tlaka. Manšete dovajajo intermitentni gradientni tlak na okončine (roko in nogo). Šest komor manšete se ena za drugo napolni z zrakom, začeni pri stopalu ali roki. Tlak se zmanjšuje v različnih razponih tlaka – od prve do zadnje komore. Tak gradientni terapevtski tlak ustvari fiziološko učinkovit gradient tlaka. Tekočina, ki se s tlakom, ustvarjenim v komorah, mobilizira, lahko neovirano odteka brez nastanka povratnega toka.



Komore za zrak ostanejo napolnjene z zrakom, dokler najvišja komora ne doseže ustreznega tlaka. Tlak se nato sprosti v vseh zračnih komorah hkrati in cikel polnjenja se po premoru ponovno začne. Intermitentna kompresija deluje na posamezne plasti tkiva ter krvne in limfne žile v njih.

Zastoji v tkivu se odpravijo in tako se trajno spodbuja venski in limfni povratni tok, izboljšata pa se tudi presnova in izmenjava plinov.

Priporočila za terapijo


Med terapijo mora pacient ležati udobno in sproščeno. V podporo terapiji so lahko noge ali roke, predvidene za terapijo, rahlo dvignjene. Na začetku terapije je treba tlak v manšeti nastaviti nizko in ga po potrebi povečati. Tlak (Pressure) ne sme biti nikoli nastavljen tako, da bi pacient občutil nelagodje ali bolečino. Terapija mora biti sproščujoča in prijetna.

Tehnična navodila za začetek uporabe


- Izdelek je, potem ko ga vzamete iz embalaže, pripravljen na uporabo.
- Opravite vizualni pregled naprave in se prepričajte, da ni zunanjih poškodb.
- Naprave ne uporabljajte, če so vidne kakršne koli poškodbe.
- Postavite izdelek na ravno in trdno površino, npr. na mizo.
- Priključite omrežni kabel v omrežni priključek (**B2**) in ga priključite v električno vtičnico (napajanje).
- Izdelek priključite na napajanje, ki ustreza specifikacijam.
- Za pravilno delovanje naprave in njeno priključitev v električno omrežje po potrebi uporabite adapter za vtičnico, ki ustreza specifikacijam naprave in je specifičen za posamezno državo (ni vključen v obseg dobave).
- Napravo namestite tako, da lahko pacient ali operater med terapijo v nujnem primeru odklopi omrežni kabel.
- Prezračevalnih rež (**B1**) na napravi ne prekrijte s krpami, odejami ali podobnimi predmeti. Naprav ne zlagajte eno na drugo. Naprave ne uporabljajte kot odlagalno površino.
- S priključkov, ki se bodo uporabljali (**A4** in/ali **A5**), odstranite slepi čep.
- Manšete priključite na priključke (**A4** in/ali **A5**) in jih namestite.
- Pacient lahko varno uporablja vse funkcije naprave.
- Stikalo za vklop/izklop (**A3**) prestavite v položaj „ON“ (vključeno) – kontrolna lučka zasveti.
- Na regulatorju tlaka (**A2**) nastavite želen povprečni terapevtski tlak in ga preverjajte s pomočjo manometra (**A1**) (brezstopenjska nastavitvev).
- Po koncu terapije regulator tlaka (**A2**) preklopite v položaj „0“.
- Stikalo za vklop/izklop (**A3**) prestavite v položaj „OFF“ (izključeno).
- Po terapiji odklopite priključke cevi z naprave za terapijo, da se manšete bolje izpraznijo.

Deli naprave comprimed® 100

Sprednji del naprave




Zadnji del naprave




Priključitev manšet


- Na napravo lahko hkrati priključite največ dve manšeti.
- Dve manšeti za noge ali dve manšeti za roke ali eno manšeto za noge in eno manšeto za roke.
- Priključke cevi manšet za terapijo vstavite v priključne vtičnice (**A4** ali **A5**).
- Upoštevajte oznake top/oben (zgoraj) in bottom/unten (spodaj) na priključkih cevi!
- Cevi za dovod zraka na manšetah ne smejo biti prepognjene, da je omogočeno polnjenje posameznih zračnih komor.
- Med terapijo morajo biti priključki, ki se ne uporabljajo (**A4** ali **A5**), zaprti s priloženimi slepimi čepi.



A4/A5 2 priključni vtičnici za manšete



Namestitev manšet




Manšeta za roko

Namestite manšeto in popolnoma zapnite zadrگو.

Zadrغا se na pritisk ne sme odpreti.

Manšeta za nogo

Namestite manšeto in popolnoma zaprite zadrگو.
Trak na ježka dodatno preprečuje odpiranje zadrge.
Zadrغا se na pritisk ne sme odpreti.



Priključitev razširitve

Razširitev




Z razširitvijo se obseg manšete za noge poveča za 13 cm.

Pritrdi se s stranskimi zadržkami.

Navodila za namestitev

Razširitev namestite na naslednji način:

Odrežite cev tretje zračne komore na označeni točki (črna črta)
in priključite povezovalni del razširitve.



Ko razširitev odstranjujete,
jo sprostite na priključku
cevi.

Manšete in druga dodatna oprema

6-komorna manšeta za noge

Velikost M

Obseg stegna do 70 cm

Dolžina 85 cm

Št. izdelka 630

Velikost L

Obseg stegna do 83 cm

Dolžina 85 cm

Št. izdelka 640

Razširitev za manšeto za noge

Velikost M in L

z 1 zračno komoro

Poveča obseg za 13 cm

Št. izdelka 1240

6-komorna manšeta za roko

Obseg zgornjega dela roke do 60 cm

Dolžina 71 cm

Št. izdelka 650

Manšete so izdelane iz najlonske/poliuretanske tkanine, ki je enostavna za vzdrževanje.

Uporabljajte samo dovajalne cevi, ki jih je odobril proizvajalec.

Opombe

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Bösl Medizintechnik GmbH
Gut-Knapp-Straße 14
D-52080 Aachen, GERMANY
Telefon: +49(0)2405 / 6 93 90 - 00
Faks: +49(0)2405 / 6 93 90 - 10
E-pošta: info@boesl-med.de
www.boesl-med.de



Made in Germany

26. 5. 2025